

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. *Zakres prac oraz częstotliwość wykonywania przeglądów i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego.*
 - 1.1. **Aparat do krioterapii** - firmy METRUM CRYOFLEX - w okresie trwania umowy wykonanie 3 przeglądów. Zakres przeglądu, wykonywanego jeden raz w roku obejmuje min.: ocenę stanu aparatu, sprawdzenie szczelności urządzenia, kalibrowanie parametrów aparatu, badanie stanu uszczelki i dysz i ewentualna wymiana zużytych części, sprawdzenie bezpieczeństwa aparatu, wpis do paszportu urządzenia.
 - 1.2. **Aparat do terapii wysokotonowej** – firmy WaDiT ElecDT Horizon) - w okresie trwania umowy wykonanie 3 przeglądów. Zakres przeglądu, wykonywanego jeden raz w roku obejmuje min.: czyszczenie urządzenia, sprawdzenie i kalibrowanie parametrów aparatu, badanie bezpieczeństwa aparatu według normy PN-EN 60601.
 - 1.3. **Lampa SOLUX** – w okresie trwania umowy wykonanie 3 przeglądów. Zakres przeglądu, wykonywanego jeden raz w roku obejmuje min.: sprawdzenie działania lampy, poprzez sprawdzenie mocowania przeciwwagi i statywu i poprzez wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego, według normy PN-EN 62353.
 - 1.4. **Diatermia mikrofalowa i aparat do magnetoterapii, laseroterapii, elektroterapii i terapii ultradźwiękami** (BTL-5000 i BTL-21) - w okresie trwania umowy wykonanie 3 przeglądów. Zakres przeglądu, wykonywanego jeden raz w roku obejmuje min.: sprawdzenie głowic, sterowników i przewodów, czyszczenie aparatów, ocenę stanu kabli do aplikatorów, sprawdzenie bezpieczeństwa aparatów według normy PN-EN 60601.
 - 1.5. **Stoły do terapii manualnej** - z elektrycznie podnoszącymi się częściami. W okresie trwania umowy wykonanie 3 przeglądów. Zakres przeglądu, wykonywanego jeden raz w roku obejmuje min.: sprawdzenie działania instalacji elektrycznej, dzięki której ruchome części stołów rehabilitacyjnych mogą zmieniać pozycje, kontrolę sterowników, sprawdzenie przewodów prądowych i badanie bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z PN-EN 62353.
 - 1.6. **Leżanki drewniane do fizykoterapii** - serwis naprawczy, przeglądy okresowe nie są wymagane.
 - 1.7. **Terapia MASTER** - firmy MEDEN-INMED serwis naprawczy, przeglądy okresowe nie są wymagane.
 - 1.8. **Aparat do EKG AsCARD Mr.Blue** - w okresie trwania umowy wykonanie 3 przeglądów. Zakres przeglądu, wykonywanego jeden raz w roku obejmuje min.: sprawdzenie stanu obudowy i mocowania części, kontrolę stanu zużycia elementów sterujących i obsługowych, kontrolę elementów układu podtrzymania pamięci operacyjnej, kontrolę pojemności akumulatorów zainstalowanych, sprawdzenie, kontrolę zużycia i konserwację elementów drukarek termicznych, kontrolę pozostałych elementów krytycznych, określanych przez producenta w poszczególnych instrukcjach serwisowych, wystawienie stosownych atestów i wpisów do paszportu urządzenia.
 - 1.9. **Defibrylator LIFEPAK 12** (z zasilaczem AC/DC – ResQ) - w okresie trwania umowy wykonanie 3 przeglądów. Zakres przeglądu, wykonywanego jeden raz w roku obejmuje min.: testy funkcjonalne oparte o narzędzia i dokumentację serwisową i testy bezpieczeństwa prądowego,

wynikające z norm zharmonizowanych: produkcyjnej PN-EN 6060 i serwisowej PN-EN 62353, oraz wystawienie raportu serwisowego.

- 1.10. **Butle tlenowe 2 sztuki 2,7l i 5l oraz inhalator** - w okresie trwania umowy wykonanie 3 przeglądów. Zakres przeglądu, wykonywanego jeden raz w roku obejmuje min.: sprawdzenie szczelności zaworów, przegląd i konserwacja inhalatora oraz legalizacje butli i wpis do paszportów butli.
- 1.11. **Alkomat C22H50H** – w okresie trwania umowy wykonanie 3 przeglądów. Zakres przeglądu, wykonywanego jeden raz w roku obejmuje min.: sprawdzenie poprawności działania urządzenia; włączników, wyświetlacza i poprawności wskazań alkomatu, oraz wpis do paszportu urządzenia.
- 1.12. **Waga elektroniczna** – typ WTL 150, wykonanie jeden raz w roku co dwa lata przeglądu i legalizacji wagi. Zakres przeglądu obejmuje min.: sprawdzenie wagi wzorcami masy, kalibracja dokładności wskazań i legalizacja wagi.

2. *Postępowanie w przypadku awarii.*

Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do wykonania przeglądu w terminie nie później niż dwa tygodnie (w tym dziesięć dni roboczych) od daty otrzymania zgłoszenia. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do wykonania naprawy urządzenia nie później niż trzy dni robocze od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

3. *Czas trwania umowy.*

Do 31 grudnia 2016 roku.